

2. Hodnotící:

MUDr. Ivo Vilímek, primář Oddělení léčebné rehabilitace a následné péče
Nemocnice Písek, Čapkova 589, Písek

Věc: Klinické hodnocení přístrojů DIMAP, DIMAP V, DIMAP D 2000

Na základě předchozí smlouvy o klinickému hodnocení zdravotnického prostředku byly v době od 15.12.2000 do 15.2.2001 na lůžkové části Oddělení léčebné rehabilitace a následné péče posuzovány magnetoterapeutický přístroje DIMAP, DIMAP V, DIMAP D 2000 na základě písemné řešerše.

Léčba s použitím těchto přístrojů je pacienty velmi dobře tolerována, nevyskytují se žádné vedlejší účinky, je relativně minimální kontraindikace - gravidita, krvácivé a horečnaté stavy a kardiostimulátor. Ve většině případů se zmírňuje algická symptomatologie, zlepšuje se i hojení a přístroj usnadňuje rehabilitaci hlavně u pacientů po operacích a úrazech pohybového aparátu.

Obsluha a návody přístrojů jsou jednoduché, dobře zdokumentovány a může je aplikovat střední zdravotnický personál na základě indikace lékařem s erudicí ve fyzikální terapii.

Většinou jsou používány po náhradách kyčelních a kolenních kloubů, kořenové symptomatologii, operacích páteře, frakturách. Přístroje lze použít i pro rychlé prohojení kožních defektů, dekubitů, u pacientů po OMP a s roztroušenou mozkomšní sklerózou a v řadě dalších indikací. Jsou dlouhodobě dobré zkušnosti s touto metodou.

Přístroje jsou součástí škály fyzikální terapie a jsou vhodné k doplňkové léčbě u pacientů rehabilitačního oddělení, ortopedie, neurologie...

Použitá literatura:

Benda - Aplikace magnetického pole- Balneologické listy 1986
Jeřábek - Lékařská problematika magnetických polí 1978
Ferenčíková - Vliv magnetoterapie... Fyziatrický věstník 1984
Bartko - Vliv pulzního magnetického pole 1988

V Písku dne 9.2.2001

hodnotící:

prim. MUDr. Ivo Vilímek

Oddělení léčebné rehabilitace a následné péče
Nemocnice Písek

36
101

NEMOCNICE PÍSEK
Čapkova 589, 397 23 Písek
tel.: 382 772